

Nr sprawy: 02/2019

Warszawa, dnia 10.01.2019 r.

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 30.000 euro na:

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a w Warszawie

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Pytanie nr 1

Dotyczy Ogłoszenia, Załącznik nr 1, Zadanie nr 1 - Hematologia, poz. 1 w kolumnie B oraz Lp. 1 Wymagane parametry (graniczne) dla aparatu:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który oferuje 28 parametrów raportowanych?

Odpowiedź .

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który oferuje 28 parametrów raportowanych.

Pytanie nr 2

Dotyczy Ogłoszenia, Załącznik nr 3, Wzór umowy, dotyczy pakietu nr 1:

§5 ust. 1 pkt 1):

Prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu:

„krew kontrolna do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź .

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane uzupełnienie.

Pytanie nr 3

Dotyczy Ogłoszenia, Załącznik nr 1, Formularz „Oferta”, pkt III Łączna Cena Ofertowa, ppkt 1) Zadanie nr 1 - Hematologia:

Uprzejmie prosimy o modyfikację oczywistej omyłki pisarskiej. Zgodnie z ogłoszeniem wartość winna być wyliczona **na 11 miesięcy** (01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.), a jest na 12.

Odpowiedź .

Tak, jest to oczywista omyłka pisarska, która została poprawiona w załączonym do niniejszych wyjaśnień formularzu OFERTA.

DYREKTOR

lek. med. Alina Chrabot-Sura

OFERTA

dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga-Północ
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

złożona w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a
w Warszawie
nr sprawy 02/2019**

I. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca/Wykonawcy:.....

.....

.....

Adres:.....

.....

Województwo :

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Tel.Faks.....

e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

.....

II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

/należy szczegółowo opisać oferowany przedmiot zamówienia/

.....
.....
.....

W zakresie zadania/zadań

.....
.....

III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

1) zadanie nr 1 – Hematologia

.....
/wartość odczynników brutto /z VAT/ + wysokość czynszu dzierżawnego z VAT w ciągu 11 miesięcy /.
Miesięczny czynsz dzierżawny /z VAT/ ustalamy w wysokości :brutto

2) zadanie nr 2 – Odczynniki różne

Wartość brutto PLN, w tym % VAT

3) zadanie nr 3 - Pożywka Loewensteina Jensena z lekami

Wartość brutto PLN, w tym % VAT

*Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, w tym m. in..

- 1) oferowanych materiałów lub odczynników zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
- 2) dzierżawy aparatu/ów (dotyczy zadania nr 1),
- 3) transportu do miejsca przeznaczenia tj. do Laboratorium mieszczącego się w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie przy ul. B. Sawinkowa 5a,
- 4) przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionego aparatu, (dotyczy zadania nr 1),
- 5) dokumentacji dzierżawionego aparatu w języku polskim,
- 6) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, na podstawie n/wym. dokumentów (*odpowiednio do zadania*):

- w zakresie odczynników/materiałów laboratoryjnych

Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zadania nr

- w zakresie analizatora

Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zadania nr 1.

2. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) Realizacja dostaw odczynników/materiałów laboratoryjnych odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 11 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. **od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.**
 - 2) Każda częściowa dostawa realizowana będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
- Dostawa aparatu do dzierżawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy - dotyczy zadania nr 1,

3. Zobowiązujemy się do realizacji dostaw do Laboratorium mieszczącego się w Centrum Diagnostyczno- Specjalistycznym w Warszawie przy ul. B. Sawinkowa 5a. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

4. Termin gwarancji i ważności

- 1) Minimalny termin ważności na poszczególne pozycje oferowanego przedmiotu Zamówienia liczony będzie od daty dostawy i wynosić będzie /odpowiednio/:

Nr zadania	Nazwa zadania	Minimalny okres ważności

Wypełnić stosownie do oferowanego zadania

- 2) Okres gwarancji dla dzierżawionego aparatu będzie obejmował cały okres trwania umowy – dot. zadania nr 1.
(zaznaczyć jeśli dotyczy*)

5. Informacje dotyczące serwisowania aparatu (w przypadku składania oferty na zadanie nr 1).

Zobowiązujemy się do bieżącego serwisowania

- wydzierżawionego aparatu,
oraz dokonywania bieżących napraw a także do usuwania usterek w sytuacji nieprawidłowej pracy aparatu.

Reakcja serwisu rozumiana jako przystąpienie do naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż **godziny** od daty zgłoszenia usterki lub uszkodzenia aparatu.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów w ciągu roku co **miesiące/y** na zasadach określonych w załączniku nr 1 do oferty – dot. zadania nr 1.

6. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać:

- własnymi siłami*
- powierzyć wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom*:

.....
.....

(zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę)

* zaznaczyć właściwe

7. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Ogłoszeniu oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
9. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:

.....
e-mail:..... tel..... fax:

VI. ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy